

検査機材 「デジタル塩分計」



メーカーホームページ取説等→



測定範囲 塩分濃度:0.0~10.0%(-5~+60°Cの範囲)、温度:-20~+60°C

分解能 塩分濃度:0.1%、温度:0.1°C

使用温湿度 0~+50°C、70%RH以下(但し、結露のないこと)

レンジ 【塩分濃度】0.0~10.0%(-5~+60°C)【温度】-20~+60°C

測定精度 【塩分濃度】±0.1%(0~0.9%)、±0.2%(1.0~1.9%)、±0.3%(2.0~2.9%)、
±0.5%(3.0~4.9%)、±0.7%(5.0~5.9%)、±1.0%(6.0~7.9%)、
±1.5%(8.0~10.0%)【温度】±1.0°C(-20~0.0°C、+45~+60°C)、±0.5°C(それ以外)